

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Аккредитованная испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AЮ44
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
Л.Н.Тетина
" 29 " 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 462 " 29 " января 2018 г.

- 1 Предъявитель образцов ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс, ул.Советская, д.63
- 3 Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО "Посейдон"
(продуктовый магазин)
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 22.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 22.01.2018г. 11 час 50 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) Ведущим инженером-микробиологом Ботаенковой Т.Е
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУК 4.2.734-99 "Микробиологический мониторинг производственной среды"
- 9 Дата проведения испытаний 22.01.2018г. - 29.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование и место взятия смывов	Регистрационный номер	Нормируемые показатели
I	II	III	IV
1	Витрина (рыба) не обработанная средством "Салюс"	238	ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
2	Витрина (колбасы) не обработанная средством "Салюс"	239	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
3	Витрина (колбасы) обработанная средством "Салюс"	240	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
4	Витрина (рыба) обработанная средством "Салюс"	241	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ
5	Витрина (полуфабрикаты) не обработанная средством "Салюс"	242	ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
6	Витрина (полуфабрикаты) обработанная средством "Салюс"	243	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)

Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:

Ведущий инженер-микробиолог
Инженер-микробиолог

Т.Е. Ботаенкова
Е.А. Шевцова

Т.В. Ботаенкова
Е.А. Шевцова

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.


Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант О.С.Бояркина

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Аккредитованная испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21АЮ44
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
Л.Н.Тетина
" 30 " 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 463 " 30 " января 2018 г.

- 1 Предъявитель образцов ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс, ул.Советская, д.63
- 3 Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО "Посейдон"
(продуктовый магазин)
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 23.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 23.01.2018г. 15 час 20 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) Ведущим инженером-микробиологом Ботаенковой Т.Е
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУК 4.2.734-99 "Микробиологический мониторинг производственной среды"
- 9 Дата проведения испытаний 23.01.2018г. -30.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование и место взятия смывов	Регистрационный номер	Нормируемые показатели
I	II	III	IV
1	Витрина (рыба) первые сутки обработанная средством "Салюс"	263	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
2	Витрина (колбасы) первые сутки обработанная средством "Салюс"	264	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
3	Витрина (полуфабрикаты) первые сутки обработанная средством "Салюс"	265	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:			
Ведущий инженер-микробиолог <u>Т.Е. Ботаенкова</u>		Т.В. Ботаенкова	
Инженер-микробиолог <u>Е.А. Шевцова</u>		Е.А. Шевцова	

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.


Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант О.С.Бояркина

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Аккредитованная испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21АЮ44
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
 Л.Н.Тетина
" 21 " _____ 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 464 " 30 " января 2018 г.

- 1 Предъявитель образцов ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс, ул.Советская, д.63
- 3 Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО "Посейдон"
(продуктовый магазин)
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 24.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 24.01.2018г. 12 час 00 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) Ведущим инженером-микробиологом Ботаенковой Т.Е
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУК 4.2.734-99 "Микробиологический мониторинг производственной среды"
- 9 Дата проведения испытаний 24.01.2018г. - 30.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование и место взятия смывов	Регистрационный номер	Нормируемые показатели
I	II	III	IV
1	Витрина (колбаса) вторые сутки обработанная средством "Салюс"	270	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
2	Витрина (полуфабрикаты) вторые сутки обработанная средством "Салюс"	271	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
3	Витрина (рыба) вторые сутки обработанная средством "Салюс"	272	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:			
	Ведущий инженер-микробиолог 	Т.В. Ботаенкова	
	Инженер-микробиолог 	Е.А. Шевцова	

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.


Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант  О.С.Бояркина

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Аккредитованная испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AЮ44
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
Л.Н.Тетина
" 31 " января 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 46 6 " 31 " января 2018 г.

- 1 Предъявитель образцов ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс, ул.Советская, д.63
- 3 Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО "Посейдон"
г. Пенза (продуктовый магазин)
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 25.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 25.01.2018г. 12 час 25 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) Ведущим инженером-микробиологом Ботаенковой Т.Е
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУК 4.2.734-99 "Микробиологический мониторинг производственной среды"
- 9 Дата проведения испытаний 25.01.2018г. - 31.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование и место взятия смывов	Регистрационный номер	Нормируемые показатели
I	II	III	IV
1	Витрина (колбаса) третьи сутки обработанная средством "Салюс"	305	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
2	Витрина (полуфабрикаты) третьи сутки обработанная средством "Салюс"	306	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
3	Витрина (рыба) третьи сутки обработанная средством "Салюс"	307	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
4	Витрина (рыба) (дно прилавка) третьи сутки обработанная средством "Салюс"	308	НЕ ВЫДЕЛЕНЫ БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ (БГКП)
Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:			
Ведущий инженер-микробиолог <u>Т.Е. Ботаенкова</u>		Т.В. Ботаенкова	
Инженер-микробиолог <u>Е.А. Шевцова</u>		Е.А. Шевцова	

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант О.С.Бояркина

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
Л.Н.Тетина
" 29 " 01 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1 " 29 " января 2018 г.

- 1 Наименование предприятия, организации (заказчика) ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс ул.Советская, д.63
- 3 Наименование образца (пробы) Воздух (витрина - рыба, не обработанные средством "Салюс")
- 4 Изготовитель (предприятие, организация) ООО "Посейдон"
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 22.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 22.01.2018г. 11 час 50 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) представителем заказчика
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: _____
- 9 Дата проведения испытаний 22.01.2018г. - 29.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемого показателя	Ед. измерений	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
Концентрация микроорганизмов в исследуемом воздухе	частиц/м ³	Руководство по эксплуатации устройства автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ЕВКН 4.471.014(-01) РЭ		564

Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:

Инженер-микробиолог _____

Е.А. Шевцова

Ведущий инженер-микробиолог _____

Т.В. Ботаенкова

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.
Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант _____ О.С.Бояркина

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"**
Испытательная лаборатория

430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, тел. (8342) 35-72-12



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ФБУ "Мордовский ЦСМ"

Л.Н.Тетина
" 30 " 01 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2 " 30 " января 2018 г.

- 1 Наименование предприятия, организации (заказчика) ООО "Посейдон"
- 2 Юридический адрес (заказчика) Пензенская область, Ленинский р-н, с.Большой Вьяс ул.Советская, д.63
- 3 Наименование образца (пробы) Воздух (витрина - рыба, обработанные средством "Салюс")
- 4 Изготовитель (предприятие, организация) ООО "Посейдон"
- 5 Дата и время отбора пробы (образца) 23.01.2018г.
- 6 Дата и время доставки пробы (образца) 23.01.2018г. 15 час 20 мин
- 7 Отбор проб произведен (должность, Ф.И.О.) представителем заказчика
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ЕВКН 4.471.014 (-01) ФО
- 9 Дата проведения испытаний 23.01.2018г. - 30.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемого показателя	Ед. измерений	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
Концентрация микроорганизмов в исследуемом воздухе	частиц/м ³	Руководство по эксплуатации устройства автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ЕВКН 4.471.014(-01) РЭ		192

Должность, Ф.И.О. лиц, ответственных за проведение испытаний:

Инженер-микробиолог

Е.А. Шевцова

Ведущий инженер-микробиолог

Т.В.Ботаенкова

Настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Лицо ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант О.С.Бояркина